

**คุณลักษณะเฉพาะ**  
**ชุดถุงรับบริจาคโลหิต Quadruple แบบมี diversion pouch (QB)**  
**โรงพยาบาลชัยภูมิ**

.....

**มีคุณลักษณะดังนี้**

1. ถุงบรรจุโลหิต 1 ยูนิต ประกอบด้วย ถุงใบแรก ขนาด 450 ซีซี ถุงใบที่ 2 ขนาด 150 ซีซี ถุงใบที่ 3 ขนาด 400 ซีซี และถุงใบสุดท้ายขนาด 400 ซีซี ซึ่งถุงใบที่ 3 และถุงใบที่ 4 สามารถเก็บเกล็ดเลือดได้นาน 5 วัน
2. ถุงบรรจุโลหิตทำจากสารสังเคราะห์ พีวีซี (PVC) Medical Grade ไม่เป็นพิษ ใส ม้วนงอได้ โดยไม่เสียรูป
3. ภายใน ถุงโค้งมนไม่เป็นมุม เพื่อช่วยลดการสูญเสียของส่วนประกอบโลหิต ซึ่งอาจไปเกาะติดตามมุม และช่วยให้การให้เลือดแก่ผู้ป่วยง่ายขึ้น
4. มีท่อถ่ายเลือดจำนวน 2 ท่อ และมีแผ่นปิดมิดชิด แบบ PEEL OFF TAB สามารถเปิดฉีกออกได้ง่ายจากด้านโคนท่อไปด้านปลายท่อ
5. ท่อถ่ายเลือดเป็นแบบ CLIKTIP เพื่อง่ายและสะดวกต่อการถ่ายส่วนประกอบโลหิตไปยังถุงเปล่า
6. ภายนอกถุงด้านข้างจะมีช่องเป็นระยะ เพื่อใช้แขวนถุงบรรจุโลหิตหรือเสียบหลอดตัวอย่างเลือด
7. ภายในถุงบรรจุโลหิตถุงแรกบรรจุน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (CPD) จำนวน 63 ซีซี
8. ภายในถุงบรรจุโลหิตใบสุดท้ายบรรจุน้ำยา Red Cell Preservative SAGM-2 จำนวน 100 ซีซี ซึ่งสามารถเก็บเลือดได้นาน 42 วัน
9. สายถ่ายเลือด (DONOR TUBE) ทำจากสารสังเคราะห์ พีวีซี (PVC) MEDICAL GRADE ที่ไม่เป็นพิษ ใส สามารถบิดงอได้ ยาวประมาณ 132 cm
10. มีถุง Diversion bag ตรงสาย Donor tube ขนาดประมาณ 50 ซีซี. เพื่อเก็บตัวอย่างเลือดก่อนให้เลือดผ่านเข้าถุงบรรจุโลหิต และมีสาย Drainage tube พร้อม Holder เพื่อต่อกับหลอดทดลอง
11. ที่สาย Donor tube มี Needle protector เพื่อป้องกันมิให้เกิด Needle stick injury ได้เมื่อเก็บโลหิตได้ตามต้องการแล้ว
12. เข็มเจาะขนาด 16G x 1 1/2" เคลือบด้วยซิลิโคน (SILICONE), ผนังเข็มเป็นแบบ ULTRA-THIN WALL (U.T.W.), ด้ามเข็ม (HUB) ใส (TRANSPARENT HUB) ด้านข้างเว้า, ไม่เรียบเพื่อให้กระชับ ไม่หลุดลื่นและใน ส่วนของเข็มมีปลอกพลาสติกแข็งใสสวมติดอยู่
13. ที่ด้ามเข็ม (HUB) มีเส้นสีดำช่วยบอกทิศทางของปลายเข็ม (BEVEL) และสัญลักษณ์บอกปลอกหุ้ม เข็มยังปิดสนิทก่อนการเปิดใช้งาน
14. ถุงบรรจุโลหิตทำให้ปราศจากเชื้อและแยกบรรจุเป็น Individual pack ทั้งหมด บรรจุใน Aluminium Foil เพื่อสะดวกในการเก็บรักษา

  
(นางจุฑาทิพย์ พงศ์จิรวงศ์)

ประธานกรรมการ

  
(นายวิเศษ โพธิ์สว่าง)

กรรมการ


  
(นางชมจิรา มีสุวรรณ)

กรรมการ

15. ภายในถุงอลูมิเนียมมีสารดูดซับออกซิเจน (Oxygen Absorber) เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์
16. ขนาดบรรจุ 3 ยูนิตใน 1 ถุง Aluminium Foil.
17. ฉลากด้านหน้าถุงระบุ LOT NUMBER, CODE NUMBER และวันหมดอายุ
18. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น



(นางจุฑาทิพย์ พงศ์จิรวงศ์)  
ประธานกรรมการ



(นายวิเศษ โพธิ์สว่าง)  
กรรมการ



(นางเข็มจิรา มีสุวรรณ)  
กรรมการ