

ร่างขอบเขต หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
รายการ Clot Gel Vacuum tube จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ Tube
โรงพยาบาลชัยภูมิ

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลชัยภูมิ มีความประสงค์จัดซื้อ Clot Gel Vacuum tube จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ Tube ด้วยเงิน บำรุงโรงพยาบาลชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้เก็บเลือดหรือส่งตรวจ ที่จะนำไปตรวจในงานเคมีคลินิก

๓. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายแบบ ราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ

๔. งบประมาณ

วงเงินงบประมาณ ๘๑๘,๑๖๐.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีราคากลาง ในการจัดซื้อ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๒,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายการ Clot Gel Vacuum tube จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ Tube

๕. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๕.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๕.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๕.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๕.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๕.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๕.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๕.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายฉลอง ทวีชีพ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายไชยวัฒน์ ชำนาญกุล)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายปรีชา ลิ่มอำนาจ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๕.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๕.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา

๖.๑ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)

๖.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเทคนิคที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกับ รายละเอียดที่เสนอราคาโดยระบุเอกสารอ้างอิงคัดลอกให้ถูกต้องในเอกสารอ้างอิง และคัดลอกต้องระบุ หมายเลขที่อ้างอิงให้ชัดเจน หากไม่จัดทำ คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้ประสงค์เสนอราคารายนั้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

๖.๓ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิด เพียงเล็กน้อย หรือผิดแปลกไปจากเงื่อนไขเอกสารในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งเฉพาะในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อผู้ซื้อเท่านั้น

๖.๔ ผู้ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกพิจารณาจากราคารวมทั้งสิ้น และอาจพิจารณา เลือกว่า การซื้อใน จำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลย ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของผู้ซื้อเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอ ราคาระเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

๗. ขอบเขตการดำเนินงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๗.๑ คุณสมบัติทั่วไป

๗.๑.๑ เป็นหลอดที่ใช้เก็บ Serum มี Clot activator เคลือบอยู่เพื่อช่วยเร่งการแข็งตัวของเลือด และมี gel ช่วยแยกเม็ดเลือดแดงออกจาก serum หลังการปั่น

๗.๑.๒ เป็นหลอดพลาสติกใส สะอาด ปราศจากเชื้อ (sterile) มีลักษณะแข็งทนทานต่อการกระแทก และไม่แตกขณะเข้าเครื่องปั่นหรือตกลงพื้น

๗.๒ คุณสมบัติเฉพาะ

๗.๒.๑ เป็นหลอดระบบสุญญากาศ สามารถนำเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติได้โดยตรง ขนาด ๑๓x๗๕ มิลลิเมตรมิลลิเมตร บรรจุเลือดได้ปริมาตร ๓.๕ มิลลิลิตร

๗.๒.๒ จุกปิดมี ๒ ชั้น ชั้นนอกเป็นพลาสติก หุ้มจุกยางไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อ ป้องกันการฟุ้งกระจายของ เลือดในขณะที่เปิด - ปิดจุกเลือด

๗.๒.๓ จุกสีที่เป็นสากล คือ สีเหลือง

๗.๒.๔ บรรจุเรียงหลอดในกล่องผลิตภัณฑ์ ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ หลอดต่อกล่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายฉลอง ทวีชีพ)

..........กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ ชำนาญกุล)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา ลิ่มอำนวยลาภ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

๗.๒.๕ อายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า ๒๔ เดือน

๗.๒.๖ สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิ ๑๐ - ๓๐ °C ได้จนถึงวันหมดอายุ


๘. เงื่อนไขเฉพาะ

๘.๑ ผู้ขายมีเอกสารแสดงการได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่าย จากบริษัทผู้ผลิต

๘.๒ หากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงพยาบาลยังไม่เคยใช้จะต้องนำสินค้ามาให้ทดสอบ และประเมินคุณภาพก่อน


ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายฉลอง ทวีชีพ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไชยวัฒน์ ชำนาญกุล)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา ลิ้มอำนวยลาภ)
นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ราคา Clot Gel Vacuum tube จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ Tube

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	ราคา /	ยอดรวม
		TEST	TEST	
๑	Clot Gel Vacuum tube	๒๕๐,๐๐๐	๓.๓๐	๗๙๒,๐๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๗๙๒,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นายฉลอง ทวีชีพ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นายไชยวัฒน์ ชำนาญกุล)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.......... กรรมการ

(นายปรีชา ลิ้มอำนวยลาภ)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ